Ficha Técnica

NOME COMERCIAL

MedMicro

Nº DE PROCESSO NA ANVISA

81194869015

CATEGORIA

Nebulizador

VALIDADE

5 anos

APRESENTAÇÃO

Produto pronto uso. O produto é acondicionado em embalagem de PVC e então colocado em caixa de papelão contendo 100 unidades.

FOTOS DO PRODUTO



INSTRUÇÃO DE USO

1. Prepare o medicamento prescrito para nebulização.
2. Conecte uma das extremidades do tubo de oxigênio ao fluxômetro de oxigênio e a outra na parte inferior do frasco de nebulização.
3. Acople a máscara de aerossol ao rosto do paciente.
4. Ajuste o fluxo de oxigênio desejado.
5. Verifique se há fluxo através do dispositivo.
6. Após a conclusão da nebulização, desconecte o tubo de oxigênio do fluxômetro e retire a máscara do rosto do paciente.

7. Descarte do produto após o uso conforme o protocolo do hospital.

COMPOSIÇÃO

- Máscara: PVC
- Tubo de oxigênio: PVC
- Conector: PVC
- Conector 22 mm: PVC
- Frasco nebulizador: PVC
- Elástico: Tecido (sem látex)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Referência	Tamanho	Capacidade do Frasco Nebulizador	Tubo de Suprimento de Oxigênio	Conexão
EC22010101	P	6 ml	1,80 m	Luer Lock
EC22010102	M	6 ml	1,80 m	Luer Lock
EC22010103	G	6 ml	1,80 m	Luer Lock
EC22010104	GG	6 ml	1,80 m	Luer Lock
EC22020101	P	6 ml	-	-
EC22020102	M	6 ml	-	-
EC22020103	G	6 ml	-	-
EC22020104	GG	6 ml	-	-

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente limpo, seco e bem ventilado, mantendo-se afastado de poeira, fumaça e gases corrosivos, como desinfetantes, ácidos e álcalis. As condições ambientais devem respeitar temperatura entre 15 °C e 30 °C e umidade relativa entre 40% e 65%. Deve-se evitar a exposição à luz solar direta. O produto deve ser mantido a pelo menos 10 cm do chão e 5 cm das paredes, a fim de prevenir umidade do solo e formação de mofo. O empilhamento deve ser feito de forma separada, evitando compressão e deformação.

ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar se a embalagem tiver sido aberta ou estiver danificada.
- É proibido usar o produto após o prazo de validade.
- O produto deve ser manuseado apenas por profissionais treinados.
- Verifique o fluxo de oxigênio e se o nebulizador está produzindo névoa antes de instalar no paciente.
- O copo de nebulização deve ser mantido na posição vertical sempre que possível, e a inclinação não deve exceder 30°, mesmo contendo válvula anti-derrame.
- Manter o oxigênio afastado de chamas, faíscas e outras fontes de ignição, pois sua presença favorece a combustão.
- Durante o uso, caso ocorram condições anormais como dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, tontura, entre outras, interromper o uso e procurar atendimento médico imediatamente.
- O descarte deve ser realizado de acordo com os protocolos e procedimentos estabelecidos pela instituição.

PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR

Proexi Comercio, Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA Rua Conde de Porto Alegre, 43
Rocha, Rio de Janeiro – RJ Cep: 20960-110
Resp Técnica: Areta Marcela Oliveira do Vale Costa – Corem: 264411
E-mail: contato@grupopromedica.com.br
Tel: +55 (21) 2585-5758

FABRICANTE RESPONSÁVEL

Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.
Building 1, No. 222 Xindu Road, Chengjiao Street, Conghua District, Guangzhou, 510920, Guangdong, China.